

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO  
*im. STANISŁAWA SAKOWICZA*

*The STANISŁAW SAKOWICZ*  
INLAND FISHERIES INSTITUTE

POLAND

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ. 21/2020

Olsztyn, dn. 10.11.2020 r.

Do wszystkich uczestników  
postępowania

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu do identyfikacji ryb do jednostek Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza”*

**Szanowni Państwo!**

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedstawia odpowiedź na otrzymane zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 1 dot. części nr 3:**

W załączniku nr 1a do SIWZ w Części 3 w tabeli w pkcie 1. oraz 2. wymienione są kodowane odbiorniki akustyczne 69 kHz – czy Zamawiający wymaga, aby były dostarczone razem z bateriami? Do pracy wynośnej podwodnych odbiorników telemetryjnej akustycznej wymagane są baterie o dużej pojemności, w tym przypadku baterie litowe. Ponieważ są one objęte obecnie zakazem transportu lotniczego, zachodzi pytanie, czy Zamawiający wymaga, aby te baterie były w komplecie ze wspomnianymi odbiornikami. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia baterii.

**Pytanie nr 2 dot. treści SIWZ:**

W § 13 Pkt 6 SIWZ podano, że [...] ceny należy określić w złotych polskich [...]. Również w § 25 Pkt 1 SIWZ podano, iż: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Produkty, które zamierzamy zaoferować, pochodzą z importu – zatem ich ceny oryginalne będą wyrażone w walutach obcych. Przy przeliczaniu wartości z walut obcych na złote polskie stosuje się kurs średni NBP z dnia dokonania tego przeliczenia (lub z dnia poprzedzającego). Zwyczajowo dodaje się także ok. 5 do 10 % (zależnie od sytuacji na rynkach walutowych oraz ogólnej sytuacji na świecie, która obecnie, z wielu względów, jest niestabilna) od wyliczonych wartości na tzw. ryzyko kursowe. Proponujemy zmienić te zapisy tak, aby zarówno oferty, jak i faktury mogły być w walutach obcych, a ich wartość w polskich złotych byłaby określana na podstawie aktualnego kursu średniego NBP danej waluty, obowiązującego w dniu złożenia oferty, wzgl. wystawienia faktury. Takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż przynosiłoby oszczędności ok. 5 do 10 % wartości zamówienia/umowy (Zamawiający nie byłby w tym przypadku obciążany tzw. ryzykiem kursowym).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ W § 13 Pkt 6 SIWZ oraz § 25 Pkt 1. Proponowane rozwiązanie może być zastosowane jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona przez Wykonawcę zagranicznego.

**Pytanie nr 3 dot. części nr 1:**

Odnosnie sprzętu firmy NMT (Część 1 OPZ, poz. 2 w tabeli): istnieją 2 wersje igieł – trawione i nietrawione; proszę podać, jaka wersja będzie potrzebna. Są także 2 długości igieł – zależnie od tego, jaka forma główki jest stosowana; proszę podać, jaka długość igieł jest wymagana.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że należy zaoferować igły nietrawione o długości 3,5 cala.

**Pytanie nr 4 dot. części nr 2:**

Odnosnie sprzętu firmy NMT (Część 2 OPZ, poz. 2 w tabeli): Zakładamy, że chodzi tu o iniektor MKIV – proszę o potwierdzenie. Jest kilka akcesoriów, które są z nim dostarczane. Proszę wybrać jakie z poniższych pozycji są wymagane:

- przełącznik dotykowy, czy przełącznik nożny
- wersja igieł – trawione lub nietrawione
- rozmiary formy główki


Jaką wersję urządzenia QCD (z firmy NMT) Zamawiający ma na stanie? Przydatne byłoby zdjęcie urządzenia.

**Odpowiedź:**

Iniektor MKIV

- przełącznik nożny,
- igły nietrawione – długość 3,5”

Urządzenie QCD 16

**Pytanie nr 5 dot. części nr 2:**

Odnosnie sprzętu firmy NMT (Część 2 OPZ, poz. 3 w tabeli): istnieją 2 wersje igieł – trawione i nietrawione; proszę podać, jaka wersja będzie potrzebna. Przydatne byłoby zdjęcie/wykaz tego, co Zamawiający już posiada, w celu ewentualnego uzupełnienia podanego zestawu części zamiennych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że należy zaoferować igły nietrawione o długości 3,5 cala.

**Pytanie nr 6 dot. części nr Projektu umowy:**

W § 5 pkt 1. ppkt 2) projektu umowy jest zapis: w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy kara umowna wynosi 25 % wynagrodzenia [...].

Naszym zdaniem stawka ta jest zbyt wysoka, niezgodna z ogólnie przyjętym standardem w zamówieniach publicznych, czyli stawką 10 %. Prosimy o zmianę tego zapisu w umowie i obniżenie tej kary umownej do 10% wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia § 5 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy kara umowna wynosi 10 % ceny, o której mowa w § 3 ust.1.

**Pytanie nr 7 dot. części nr Projektu umowy:**

W projekcie umowy brak jest, naszym zdaniem, wzmianki o działaniu siły wyższej. Prosimy o

dopisanie paragrafu o działaniu siły wyższej, uwzględniającego także wszelkiego rodzaju pandemię (z zapisem, że w przypadku utrzymywania się obecnej pandemii kary umowne nie będą naliczane, a termin realizacji umowy, ze względu na utrzymującą się pandemię, może być zmieniony w formie aneksu do umowy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dodaje § 7 ust 2 do projektu umowy o następującym brzmieniu: Dopuszcza się zmianę nieniejszej umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach

**Pytanie nr 8 dot. części nr Projektu umowy:**

W projekcie umowy w § 8 pkt 2. jest zapis: [...] wszelkie spory Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. A według stosownych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego pozew wytacza się według miejsca siedziby strony pozwanej.

Proponujemy zatem zmienić ten zapis, zgodnie z kpc, na: [...] wszelkie spory Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla strony pozwanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy § 8 pkt 2 umowy.

**Pytanie nr 9 dot. treści SIWZ:**

Ze względu na pandemię koronawirusa (w USA i w Polsce) oraz na kwarantannę w biurze Beatronic Polska sp. z o. o. uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.11.2020 r., godz. 12.00

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2020 r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 10 dot. treści SIWZ:**

Również ze względu na pandemię koronawirusa (w USA i w Polsce) występują dodatkowe opóźnienia w dokonywaniu odpraw celnych (eksportowych i importowych). Dlatego prosimy o wydłużenie terminów dostaw dla każdej z części postępowania o 2 tygodnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy. Zamówienie jest finansowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a Zamawiający zobowiązany do terminowej ich realizacji.

Z poważaniem

DYREKTOR INSTYTUTU  
*Anna M. Wiśniewska*  
dr inż. Anna Wiśniewska

